



# ASSISCOP

Associação Intermunicipal de Saúde do Centro do Paraná

CNPJ N.º 02.322.413/0001-18

RUA DIOGO PINTO, 1320 – 1º ANDAR – CEP. 85.301-290 – CENTRO – FONE: (42) 3635  
1188

LARANJEIRAS DO SUL – PARANÁ.

## AVISO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL

**PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2026**

**PROCESSO LICITATÓRIO N° 65/2026**

A Associação Intermunicipal de Saúde do Centro Oeste do Paraná – ASSISCOP, por intermédio da Pregoeira, torna público, para conhecimento dos interessados, o **esclarecimento referente à exigência de tensão de alimentação dos equipamentos**, constante no Termo de Referência do Pregão Eletrônico n° 09/2026 – Processo Licitatório n° 65/2026.

### 1. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Foi solicitado esclarecimento quanto à possibilidade de utilização de equipamentos com tensão específica, especialmente equipamentos de tecnologia laser, que não disponham de bivolt automático ou chave seletora de tensão, mediante a utilização de transformador de tensão.

### 2. DA RESPOSTA

Em atenção ao pedido apresentado, esclarece-se que **SERÁ ACEITA a utilização de equipamentos com tensão específica, inclusive 110/127 V, mediante o fornecimento e instalação de transformador de tensão devidamente dimensionado para cada equipamento.**

O transformador deverá ser:

- devidamente dimensionado para o equipamento;
- compatível com a tensão da rede elétrica disponível no local de instalação;
- adequado à potência e às características técnicas do equipamento;
- fornecido e instalado pela CONTRATADA;
- disponibilizado **sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE.**



# ASSISCOP

Associação Intermunicipal de Saúde do Centro do Paraná

CNPJ N.º 02.322.413/0001-18

RUA DIOGO PINTO, 1320 – 1º ANDAR – CEP. 85.301-290 – CENTRO – FONE: (42) 3635  
1188

LARANJEIRAS DO SUL – PARANÁ.

A CONTRATADA será integralmente responsável pelo fornecimento, instalação, dimensionamento e funcionamento adequado do transformador, devendo garantir a segurança, a compatibilidade com a rede elétrica existente e o perfeito funcionamento do equipamento.

Dessa forma, **equipamentos com tensão específica, como 110/127 V, poderão ser apresentados nas propostas, desde que acompanhados da solução de transformação de tensão necessária ao seu adequado funcionamento**, observadas integralmente as demais especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência.

### 3. DAS DEMAIS CONDIÇÕES DO EDITAL

O presente esclarecimento **não altera o objeto, o critério de julgamento, os quantitativos, os valores estimados ou as demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos**, permanecendo inalteradas todas as demais disposições do Pregão Eletrônico nº 09/2026.

A presente resposta será disponibilizada aos interessados, para fins de conhecimento e garantia da isonomia entre os participantes.

Laranjeiras do Sul/PR, 10 de agosto de 2026.

**CRISTINA PAULETTI ALBERTON**

Pregoeira - ASSISCOP